virion\serion

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

SERION ELISA *control*
Echovirus IgG

Artikelnr. / Article No.	BC135G
Chargen-Nr. / Lot No.	CQ0046
IFU-Version / IFU version	8-24/04-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2025-04
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-04-30
Zielwert / Target value	38,5 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	19,3 U/ml bis / to 76,9 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2025 / 04 - 1

Institut Virion\Serion GmbH
Lösungen für die Labordiagnostik
zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485
Solutions for Laboratory Diagnosis
Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de