Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

virion\serion

SERION ELISA AI *control* 2

Borrelia burgdorferi IgM

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121M2 (CQ0054)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121M2 (CQ0050)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121M2 (CQ0051)
IFU-Version / IFU version	11-24/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2025-04
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-04-30
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	30,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	200 mg/L
Q(Alb)	$6{,}67 \times 10^{-3}$
Gesamt Serum IgM / Total Serum IgM	0,400 g/L
Gesamt Liquor IgM / Total CSF IgM	0,600 mg/L
Q(IgM)	$1{,}50 \times 10^{-3}$

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum	Liquor / CSF
	1:400	1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	25 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,31	
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 1,99 - ≤ 4,64	
Versions-Nr. / Version No.	2025 / 04 - 1	

Institut Virion\Serion GmbH
Lösungen für die Labordiagnostik
zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485
Solutions for Laboratory Diagnosis
Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration