virion\serion

Qualitätskontrollzertifikat
Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*
Coxiella burnetii Phase 1 IgG

Best.-Nr. / Order No.	ESR1311G
Chargen-Nr. / Lot No.	EQ0098
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-03-31
IFU-Version / IFU-Version	**NEW!** 131-16

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	ECQ0181	1,09	> 0,54
Cut off-Serum / Cut off serum	ECQ0182	0,52	0,26 – 1,04

Negativkontrolle / Negative Control	Coxiella burnetii Phase 1 IgG
Chargen-Nr. / Lot No.	ECQ0180
Teststreifen / Strips	Coxiella burnetii Phase 1 IgG
Chargen-Nr. / Lot No.	ECP0095
Konjugat / Conjugate	IgG +++
Chargen-Nr. / Lot No.	KJP083

14.05.2025

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de