virion\serion

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

SERION ELISA Avidity Control
Toxoplasma gondii

Best.-Nr. / Ordner No.	BR110AVID
Chargen-Nr. / Lot No.	CQ0116
IFU-Version / IFU version	7-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2025-08
Verfallsdatum / Expiry Date	2035-08-31
Zielwert (SERION Aviditätsindex) / Target Value SERION Avidity Index	29,7 %
Zielbereich (SERION Aviditätsindex) / Target Range (SERION Avidity Index)	14,9 % bis / to 44,4 %
Rekonstitution / Reconstitution	0,15 ml Aqua dest.
Serumverdünnung / Serum Dilution	1 + 100
Versions-Nr. / Version No.	2025 / 08 - 1

Institut Virion\Serion GmbH Lösungen für die Labordiagnostik zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485 Solutions for Laboratory Diagnosis Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de