virion\serion

Qualitätskontrollzertifikat
Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*
West Nile Virus IgM

Best.-Nr. / Order No.	ESR141M
Chargen-Nr. / Lot No.	EQ0191
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-08-31
IFU-Version / IFU-Version	**NEW!** 141-6

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	ECQ0408	0,96	> 0,48
Cut off-Serum / Cut off serum	ECQ0409	0,28	0,14 – 0,56

Negativkontrolle / Negative Control	West Nile Virus IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECQ0407
Teststreifen / Strips	West Nile Virus IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECQ0370
Konjugat / Conjugate	IgM +++
Chargen-Nr. / Lot No.	KJQ092

29.09.2025

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de