virion\serion

Qualitätskontrollzertifikat
Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*
Adenovirus IgM

Best.-Nr. / Order No.	ESR128M
Chargen-Nr. / Lot No.	EQ0198
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-09-30
IFU-Version / IFU-Version	**NEW!** 128-18

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	ECQ0430	0,86	> 0,43
Cut off-Serum / Cut off serum	ECQ0431	0,29	0,15 – 0,58

Negativkontrolle / Negative Control	Adenovirus IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECQ0429
Teststreifen / Strips	Adenovirus IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECQ0440
Konjugat / Conjugate	IgM ++
Chargen-Nr. / Lot No.	KJQ087

24.10.2025

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de