# Analysenzertifikat
## Certificate of Analysis

virion\serion

**SERION ELISA AI *control* 2**

**Borrelia burgdorferi IgG**

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot) | CLS121G2 (CR0027) |
| Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot) | BCS121G2 (CR0020) |
| Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot) | BCL121G2 (CR0019) |
| IFU-Version / IFU version | 12-25/06-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2026-02 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2028-02-29 |
| Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin | 30,0 g/L |
| Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin | 350 mg/L |
| Q(Alb) | 11,67 x $10^{-3}$ |
| Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG | 20,00 g/L |
| Gesamt Liquor IgG / Total CSF IgG | 30,00 mg/L |
| Q(IgG) | 1,50 x $10^{-3}$ |

| Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution | Serum / Serum | Liquor / CSF |
|---|---|---|
| | 1:400 | 1:2 |
| Alter des Patienten / Age of the patient | 25 Jahre / years | |
| Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value | AI 4,02 | |
| Zielwertbereich / Target Range | AI ≥ 2,42 - ≤ 5,63 | |
| Versions-Nr. / Version No. | 2026 / 03 - 1 | |

Institut Virion\Serion GmbH
Lösungen für die Labordiagnostik
zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485
Solutions for Laboratory Diagnosis
Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg


Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de


Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration