virion\serion

# Analysenzertifikat
## Certificate of Analysis

### SERION ELISA *classic* Avidity Reagent
### RUBELLA VIRUS

| | |
|---|---|
| Best.-Nr. / Order No. | B129AVID |
| Chargen-Nr. / Lot No. | ECQ0403 |
| IFU-Version / IFU version | 12-26/03-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing date | 2025-08 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2035-08-31 |
| Verwendung mit / For use with<br>SERION ELISA *classic*<br>Röteln/Rubella Virus IgG | EQ0049 |
| Verwendung mit Standardserum<br>/ For use with standard serum | ECQ0073 |
| Standard Zielwert (SERION Aviditätsindex)<br>/ Standard Target Value (SERION Avidity Index) | 83 % |
| Standard Zielbereich (SERION Aviditätsindex)<br>/ Standard Target Range (SERION Avidity Index) | ≥ 66,4 % und / and ≤ 99,6 % |
| X Faktor / X Factor | 0,352 |
| Y Faktor / Y Factor | 1,969 |
| Rekonstitution / Reconstitution | 2,0 ml |
| Versions-Nr. / Version No. | 2026 / 03 - 1 |

Institut Virion\Serion GmbH
Lösungen für die Labordiagnostik
zertifiziert nach
certified to
DIN EN ISO 13485
Solutions for Laboratory Diagnosis
Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de