virion\serion

Qualitätskontrollzertifikat
Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*
Respiratory Syncytial Virus IgM

Best.-Nr. / Order No.	ESR113M
Chargen-Nr. / Lot No.	ER0066
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-01-31
IFU-Version / IFU-Version	**NEW!** 113-18

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	ECR0131	0,67	> 0,34
Cut off-Serum / Cut off serum	ECR0132	0,26	0,13 – 0,52

Negativkontrolle / Negative Control	Respiratory Syncytial Virus IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECR0130
Teststreifen / Strips	Respiratory Syncytial Virus IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECR0133
Konjugat / Conjugate	IgM +
Chargen-Nr. / Lot No.	KJQ090+

13.04.2026

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de