virion\serion

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

SERION ELISA *control*
Brucella IgG

Artikelnr. / Article No.	BC116G
Chargen-Nr. / Lot No.	CR0054
IFU-Version / IFU version	10-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2026-05
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-05-31
Zielwert / Target value	42,2 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	21,1 U/ml bis / to 84,3 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 05 - 1



Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de