virion\serion

# Analysenzertifikat
## Certificate of Analysis

# SERION ELISA *control*
# Herpes Simplex Virus 2 IgG

| | |
|---|---|
| Artikelnr. / Article No. | BC1052G |
| Chargen-Nr. / Lot No. | CQ0171 |
| IFU-Version / IFU version | 10-25/06-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2025-12 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2027-12-31 |
| Zielwert / Target value | 280 U/ml |
| Zielwertbereich / Target Range | 140 U/ml bis / to 559 U/ml |
| Versions-Nr. / Version No. | 2026 / 06 - 1 |
| gültig ab SERION ELISA Kit-Charge (Prüfdatum) / valid from SERION ELISA kit lot (date of control) | ER0128 (05.06.2026) |

Institut Virion\Serion GmbH
Lösungen für die Labordiagnostik
zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485
Solutions for Laboratory Diagnosis
Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de