virion\serion

Qualitätskontrollzertifikat
Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*
Adenovirus IgM

Best.-Nr. / Order No.	ESR128M
Chargen-Nr. / Lot No.	ER0134
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-06-30
IFU-Version / IFU-Version	**NEW!** 128-18

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	ECR0237	0,74	> 0,37
Cut off-Serum / Cut off serum	ECR0238	0,26	0,13 – 0,52

Negativkontrolle / Negative Control	Adenovirus IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECR0236
Teststreifen / Strips	Adenovirus IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECR0245
Konjugat / Conjugate	IgM ++
Chargen-Nr. / Lot No.	KJQ097

16.06.2026

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de