virion\serion

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

SERION ELISA *classic* Avidity Reagent
RUBELLA VIRUS

Best.-Nr. / Order No.	B129AVID
Chargen-Nr. / Lot No.	ECR0310
IFU-Version / IFU version	12-26/03-1
Herstelldatum / Manufacturing date	2026-07
Verfallsdatum / Expiry Date	2036-07-31
Verwendung mit / For use with SERION ELISA *classic* Röteln/Rubella Virus IgG	ER0056
Verwendung mit Standardserum / For use with standard serum	ECR0102
Standard Zielwert (SERION Aviditätsindex) / Standard Target Value (SERION Avidity Index)	88 %
Standard Zielbereich (SERION Aviditätsindex) / Standard Target Range (SERION Avidity Index)	≥ 70,4 % und / and ≤ 105,6 %
X Faktor / X Factor	0,395
Y Faktor / Y Factor	1,959
Rekonstitution / Reconstitution	2,0 ml
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 07 - 2



Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de