Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

virion\serion

SERION ELISA AI *control* 2

Borrelia burgdorferi IgM

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121M2 (CR0092)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121M2 (CR0086)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121M2 (CR0085)
IFU-Version / IFU version	12-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2026-07
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-07-31
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	30,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	190 mg/L
Q(Alb)	6,33 x 10^{-3}
Gesamt Serum IgM / Total Serum IgM	0,500 g/L
Gesamt Liquor IgM / Total CSF IgM	0,900 mg/L
Q(IgM)	1,80 x 10^{-3}

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum	Liquor / CSF
	1:400	1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	35 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 4,24	
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 2,55 - ≤ 5,94	
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 07 - 1	

Institut Virion\Serion GmbH
Lösungen für die Labordiagnostik
zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485
Solutions for Laboratory Diagnosis
Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration