virion\serion

Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

SERION ELISA *control*
Legionella pneumophila 1-7 IgG

Artikelnr. / Article No.	BC106G
Chargen-Nr. / Lot No.	CQ0074
IFU-Version / IFU version	8-24/04-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2025-05
Verfallsdatum / Expiry Date	2027-05-31
Zielwert / Target value	342 U/ml
Zielwertbereich / Target Range	172 U/ml bis / to 500 U/ml
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 07 - 1
gültig ab SERION ELISA Kit-Charge (Prüfdatum) / valid from SERION ELISA kit lot (date of control)	ER0167 (29.07.2026)

Institut Virion\Serion GmbH
Lösungen für die Labordiagnostik
zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485
Solutions for Laboratory Diagnosis
Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERON ELISA *classic/antigen* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic/antigen* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de