virion\serion

Qualitätskontrollzertifikat
Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*
Coxiella burnetii Phase 2 IgM

Best.-Nr. / Order No.	ESR1312M
Chargen-Nr. / Lot No.	ER0183
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-03-31
IFU-Version / IFU-Version	**NEW!** 131-17

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	ECR0143	1,06	> 0,53
Cut off-Serum / Cut off serum	ECR0144	0,39	0,20 - 0,78

Negativkontrolle / Negative Control	Coxiella burnetii Phase 2 IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECR0142
Teststreifen / Strips	Coxiella burnetii Phase 2 IgM
Chargen-Nr. / Lot No.	ECQ0146
Konjugat / Conjugate	IgM +
Chargen-Nr. / Lot No.	KJR105+

10.08.2026

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de