virion\serion

Qualitätskontrollzertifikat
Quality Control Certificate

SERION ELISA *classic*
Coxiella burnetii Phase 1 IgA

Best.-Nr. / Order No.	ESR1311A
Chargen-Nr. / Lot No.	ER0186
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-07-31
IFU-Version / IFU-Version	**NEW!** 131-17

Kontrollseren / Control sera	Chargen-Nr. / Lot No	Gemessener Wert / Measured value OD 405 nm	Gültigkeitsbereich / Validity range
Positivkontrolle / Positive control	ECR0336	1,35	> 0,68
Cut off-Serum / Cut off serum	ECR0337	0,37	0,19 – 0,74

Negativkontrolle / Negative Control	Coxiella burnetii Phase 1 IgA
Chargen-Nr. / Lot No.	ECR0335
Teststreifen / Strips	Coxiella burnetii Phase 1 IgA
Chargen-Nr. / Lot No.	ECR0334
Konjugat / Conjugate	IgA ++
Chargen-Nr. / Lot No.	KJR101++

17.08.2026

Prüfdatum / Date of control

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de