# Analysenzertifikat
## Certificate of Analysis

virion\serion

**SERION ELISA AI *control*** **1**

**Varicella Zoster Virus IgG**

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot) | CLS104G1 (CR0106) |
| Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot) | BCS104G1 (CR0105) |
| Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot) | BCL104G1 (CR0104) |
| IFU-Version / IFU version | 12-25/06-1 |
| Herstelldatum / Manufacturing Date | 2026-08 |
| Verfallsdatum / Expiry Date | 2028-08-31 |
| Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin | 45,5 g/L |
| Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin | 302 mg/L |
| Q(Alb) | 6,64 x $10^{-3}$ |
| Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG | 10,00 g/L |
| Gesamt Liquor IgG / Total CSF IgG | 47,00 mg/L |
| Q(IgG) | 4,70 x $10^{-3}$ |

| | | |
|---|---|---|
| Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution | Serum / Serum 1:400 | Liquor / CSF 1:2 |
| Alter des Patienten / Age of the patient | 52 Jahre / years | |
| Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value | AI 1 | |
| Zielwertbereich / Target Range | AI ≥ 0,6 - ≤ 1,4 | |
| Versions-Nr. / Version No. | 2026 / 08 - 1 | |

Institut Virion\Serion GmbH – Lösungen für die Labordiagnostik – zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485 – Solutions for Laboratory Diagnosis – Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg


Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de


Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration