Analysenzertifikat

Certificate of Analysis

SERION ELISA AI *control* 1

Röteln/Rubella IgG

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS129G1 (CR0123)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS129G1 (CR0118)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL129G1 (CR0119)
IFU-Version / IFU version	12-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2026-09
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-09-30
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	35,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	356 mg/L
Q(Alb)	10,17 x 10^{-3}
Gesamt Serum IgG / Total Serum IgG	7,00 g/L
Gesamt Liquor IgG / Total CSF IgG	53,00 mg/L
Q(IgG)	7,57 x 10^{-3}

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum 1:400	Liquor / CSF 1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	51 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 1	
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 0,6 - ≤ 1,4	
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 09 - 1	

Institut Virion\Serion GmbH Lösungen für die Labordiagnostik zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485 Solutions for Laboratory Diagnosis Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration