Analysenzertifikat
Certificate of Analysis

virion\serion

SERION ELISA AI *control* 2

Borrelia burgdorferi IgM

Produkt-Nr. (Charge) / Product No. (Lot)	CLS121M2 (CR0142)
Artikel-Nr. Serum (Charge) / Article No. Serum (Lot)	BCS121M2 (CR0137)
Artikel-Nr. Liquor (Charge) / Article No. CSF (Lot)	BCL121M2 (CR0138)
IFU-Version / IFU version	12-25/06-1
Herstelldatum / Manufacturing Date	2026-10
Verfallsdatum / Expiry Date	2028-10-31
Gesamt Serum Albumin / Total Serum Albumin	30,0 g/L
Gesamt Liquor Albumin / Total CSF Albumin	175 mg/L
Q(Alb)	5,83 x 10^{-3}
Gesamt Serum IgM / Total Serum IgM	0,500 g/L
Gesamt Liquor IgM / Total CSF IgM	0,850 mg/L
Q(IgM)	1,70 x 10^{-3}

Empfohlene Serum- u. Liquorverdünnung / Recommended Serum and CSF Dilution	Serum / Serum	Liquor / CSF
	1:400	1:2
Alter des Patienten / Age of the patient	42 Jahre / years	
Antikörperindex Zielwert / Antibody Index Target Value	AI 3,87	
Zielwertbereich / Target Range	AI ≥ 2,33 - ≤ 5,42	
Versions-Nr. / Version No.	2026 / 10 - 1	

Institut Virion\Serion GmbH – Lösungen für die Labordiagnostik – zertifiziert nach certified to DIN EN ISO 13485 – Solutions for Laboratory Diagnosis – Friedrich-Bergius-Ring 19, D-97076 Würzburg

Hersteller / Manufacturer:
Institut Virion\Serion GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 19
D-97076 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 3045 0
Fax +49 931 3045 100
E-Mail: info@virion-serion.de
Internet: www.virion-serion.de

Bitte beachten / Please note

Aufbau der SERION ELISA *classic* Chargen-ID (Buchstabe "J" wird nicht verwendet) / Format of SERION ELISA *classic* lot ID (letter "J" not used)

Erste Stelle / First Digit: ELISA

Zweite Stelle: Jahr der Produktion beginnend mit 2010 / Second Digit: Year of Production starting with 2010

Folgende Stellen: Fortlaufende Nummerierung / Following Digits: consecutive numeration